



Megfelelőségi Tanúsítvány



az elektromágneses összeférhetőségről

Tanúsítvány szám: M5 2792507 01

Jegyzőkönyv szám: 28204625 001

Tulajdonos: Műszer Automatika Kft.
Komáromi utca 22.
2040 Budaörs

Gyártó: Műszer Automatika Kft.
Alsó út 10.
2030 Érd

Termék: gázkoncentráció mérő készülék

Termék azonosítás: Típus: EXTOX-UNI i-12
Névleges feszültség: 210...242 V
Névleges frekvencia: 50Hz
Névleges teljesítmény: max 200 VA

EN 61000-4-2:1995+A1+A2
EN 61000-4-3:2006
EN 61000-4-4:2004
EN 61000-4-5:2006
EN 61000-4-6:2007
EN 61000-4-11:2004

Vizsgálat alapja: EN 61326-1:2006
EN 55011:2007
EN 55011:2007/A2:2007
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995+A1+A2

Ez a megfelelőségi tanúsítvány a fenti termék egy mintadarabjának a kiértékelésén alapszik. Azt igazolja, hogy a bemutatott vizsgálati mintadarab a fenti követelményeket kielégíti. A gyártó ezt a tanúsítványt a 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet 2. melléklete szerinti EK megfelelőségi nyilatkozat alapjául felhasználhatja. Jelen tanúsítvány nem tartalmaz általános érvényű kijelentést a termék sorozatban gyártásáról, és nem jogosít fel valamely TÜV Rheinland vagy MEEI jel használatára. A tanúsítvány maximum 3 évig érvényes, amennyiben a vizsgálati szabványok és a termék konstrukciója változatlanok ezen időszak alatt.

Budapest, 2007.10.29



András Vincze
Vincze András

TÜV Rheinland — MEEI Kft. Tanúsítás — H-1132 Váci út 48/a-b, — www.meei.hu

A CE jelölés csak akkor tüntethető fel, ha a termék valamennyi érvényes és vonatkozó direktívának megfelel